



Poznań, 30.03.2021 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr PN/IGC/1/2021 na dostawę dwóch sekwenatorów następnej generacji wraz z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego z montażem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV swz (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.

Wykonawca zadał pytanie następującej treści:

Pytanie 1 – dotyczy: SWZ pkt 3.5 Przedmiotowe środki dowodowe oraz I. i II. Formularz oferty pkt. 2 g)

Prosimy o wyjaśnienie czy w myśl udzielonych odpowiedzi oraz pkt. 3.5 SWZ Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń niemedycznych (naukowo-badawczych), których producent posiada wprowadzoną normę ISO 13485:2016 (posiada certyfikat zgodności z systemem zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2016).

Odpowiedź 1 - Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia, będące urządzeniem naukowo-badawczym, którego producent posiada normę ISO 13485:2016.

Z poważaniem,
DYREKTOR
Instytutu Genetyki Człowieka PAN
Prof. dr hab. med. Michał Witt