



Poznań, 25.03.2021 r.

Zawiadomienie

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr PN/IGC/1/2021 na dostawę dwóch sekwenatorów następnej generacji wraz z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego z montażem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV swz (dalej „specyfikacja techniczna”), zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.

Wykonawca zadał pytania następującej treści:

Pytanie 1 – dotyczy: SWZ pkt 3.5 Przedmiotowe środki dowodowe oraz I. i II. Formularz oferty pkt. 2 g)

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które nie są zaliczane do grupy urządzeń medycznych i w związku z tym nie posiadają certyfikatu zgodności z system zarządzania dla wyrobów medycznych ISO 13485:2003, natomiast posiadają deklaracje zgodności z dyrektywami EMC [2014/30/EU], niskonapięciową [2014/35/EU], RED [2014/53/EU], RoHS [2011/65/EU] oraz producent urządzeń posiada wprowadzoną normę 13485:2016?

Odpowiedź 1- ISO 13485:2016 to kolejna wersja normy 13485:2003, w związku z tym Zamawiający dopuszcza jako podmiotowy środek dowodowy certyfikat 13485:2016 systemu zarządzania jakością dla producenta wyrobu.

Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik nr 2 do oferty CZĘŚĆ NR 1 Wyposażenie dodatkowe pkt 8 i 9 oraz IV Specyfikacja techn. przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ NR 1 Wyposażenie dodatkowe pkt 8 i 9

W przypadku oferowanych przez nas odczynników Producent gwarantuje, że okres ich ważności w chwili dostawy wynosi minimum 3 miesiące. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 miesiące liczonym od dnia dostawy?

Odpowiedź 2 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników z okresem ważności minimum 3 miesiące.

Pytanie 3 – dotyczy: III Projekt umowy §6 pkt. 7

Prosimy o doprecyzowanie wartości łącznej maksymalnej wysokości kary umownej, których mogą dochodzić Strony na gruncie niniejszej umowy w zakresie części 1, Zamawiający prawdopodobnie podał błędną ilość 0.

Odpowiedź 3 – łączna maksymalna wysokość kary umownej wynosi:
w zakresie części 1 - 200 000,00 zł, w zakresie części 2 – 20.000,00 zł

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA
Instytutu Genetyki Człowieka PAN
ds. administracyjnych

mgr Małgorzata Strecker