



Poznań, 23.11.2021 r.

### Zawiadomienie

**Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym TP/IGC/4/2021 na dostawę analizatora genetycznego do sekwencjonowania i analizy długości fragmentów DNA wraz z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego, z montażem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV swz.**

**Wykonawca zadał pytania następującej treści:**

**Pytanie 1 – 1.** Dotyczy rozdział 15 SWZ ustęp b oraz wzoru umowy, §7, ustęp 2, punkt c.

Zamawiający zapisał w SWZ:

„przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego, liczony od momentu zgłoszenia awarii,”

W treści umowy Zamawiający zapisał:

„przez czas naprawy, Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego po zgłoszeniu awarii lub upływ terminu czasu reakcji do momentu dokonania naprawy; termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia Zamawiający nie mógł z niego korzystać,”

Wnosimy o korektę w/w zapisów tak by brzmiały:

Usunięcie zapisu z SWZ o treści:

„przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego, liczony od momentu zgłoszenia awarii,”

W treści umowy:

„przez czas naprawy, Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego po zgłoszeniu awarii lub upływ terminu czasu reakcji do momentu dokonania naprawy; termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia Zamawiający nie mógł z niego korzystać,”

Producent którego reprezentujemy gwarantuje czas naprawy do 21 dni licząc od dnia zgłoszenia.

Czas reakcji na zgłoszenie wynosi do 72 h ale jest to rozumiane jako stawiennictwo się lub też kontakt telefoniczny z Zamawiającym.

Kontakt telefoniczny bowiem umożliwi wstępną analizę przyczyny awarii, zamówienie niezbędnych części wymiennych z magazynu znajdującego się poza granicami kraju.

Ta procedura jest najszybszym rozwiązaniem usunięcia usterki. Samo przybycie w ciągu 3 dni inżyniera do awarii nie przybliży szybciej usunięcia awarii a wręcz ją przedłuży.

**Odpowiedź 1 -** Zamawiający zmienia zapis SWZ - pkt. 15. (Warunki gwarancji) ppkt. b) oraz § 7. ust. 2 pkt. b) na:

„b) przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego, bądź w uzasadnionych przypadkach, wstępną analizę przyczyny awarii poprzez kontakt telefoniczny po stronie Wykonawcy, liczony od momentu zgłoszenia awarii,

**Pytanie 2 - Dotyczy wzoru umowy § 6, ustęp 3**  
**Wnosimy o usunięcie w/w ustępu.**

Zamawiający przewidział już karę tytułem nieterminowej naprawy.

Ponowne karanie Wykonawcy kwotą aż 5% wartości umowy nie ma żadnego uzasadnienia.

Wnosimy o usunięcie lub uzupełnienie w/w paragrafu o następujące zapisy:

„W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego w § 3 ust. 7 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% od kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki plus 5% wartości umowy za samo wystąpienie opóźnienia w realizacji płatności ”

**Odpowiedź 2** – Zamawiający usuwa ust. 4 w § 6 projektu umowy.

W przypadku zwłoki przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują ogólnie przyjęte przepisy Kodeksu cywilnego.

**Pytanie 3 - Dotyczy wzoru umowy §7, ustęp2, podpunkt f**

Zamawiający zapisał:

„wymiana urządzenia lub jego podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku ich 3 istotnych uszkodzeń; za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie urządzenia. Wymiana urządzenia (albo jego podzespołu) powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli; w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku. „

Wnosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał:

„wymiana urządzenia lub jego podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku ich 3 istotnych uszkodzeń; za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie urządzenia. Wymiana urządzenia (albo jego podzespołu) powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli; w przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia (albo jego podzespołu) na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż w ramach umowy Zamawiający nabywa dane urządzenie wraz z gwarancją. W przypadku sytuacji opisanej powyżej to właśnie w ramach danej gwarancji Wykonawca wymienia dane urządzenie. Nie oznacza to nabycie ponownie gwarancji.

Sytuacja przewidziana przez Zamawiającego w treści umowy prowadzi to wiecznej gwarancji.

Rodzi się także pytanie natury podatkowej. Czy hipotetycznie gdyby doszło do nabycia np. następnych 24 m gw Zamawiający zgłosiłby do urzędu skarbowego nabycie bezpłatnie dodatkowych lat gwarancji?

Składając ofertę do danego postępowania Wykonawca uwzględni koszt gwarancji w cenie oferowanego sprzętu. Nowa gwarancja nie wynikałaby z uregulowanej już faktury. Byłaby dodatkowym bezpłatnym benefitem/darowizną na rzecz Zamawiającego.

**Odpowiedź 3** – Zamawiający nie zmienia zapisów §7, ust. 2, ppkt f) projektu umowy.

Udzielenie 24 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, jest to minimalny termin określony w art. 577 § 4 k.c, z zastrzeżeniem innego terminu, wskazanego np. w dokumentach danego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot zamówienia. Wymiana na nowy nastąpić ma w przypadku 3 istotnych awarii w okresie trwania gwarancji. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenia na nowe z takim samym okresem gwarancji. Gwarancja ma służyć zapewnieniu właściwej jakości sprzedanego towaru. Zgodnie zatem z art. 581. k.c [Bieg terminu gwarancji] w § 1.

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. (...)”

Z poważaniem,

  
DYREKTOR  
Instytutu Genetyki Człowieka PAN  
Prof. dr hab. med. Michał Witt