

Poznań, 05.06.2024r.

Zamawiający informuje, że w dniu 03.06.2024r. otrzymał następujące pytania do postępowania 14/P/2024 na sprzedaż i dostawę inkubatora do hodowli komórkowych z CO₂ i kontrolą temperatury:

Pytania:

„W związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż i dostawę inkubatora do hodowli komórkowych z CO₂ i kontrolą temperatury proszę o informację czy dopuszczą Państwo:

1. wagę 115 kg,
2. wymiary zewnętrzne 917x725x905mm,
3. wymiary wewnętrzne 500x460x700mm,
4. wnętrze i półki z polerowanej stali nierdzewnej,
5. zakres nastawy temperatury od +7°C do 50°C,
6. programowalną sterylizację parą wodną (90°C),
7. sterownik mikroprocesorowy z tekstowym wyświetlaczem LCD?”

Odpowiedzi zamawiającego:

- Ad 1. nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
- Ad 2. nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
- Ad 3. tak, zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Ad 4. nie, zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
- Ad 5. tak, zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
- Ad 6. tak, jeżeli jest to dodatkowa funkcja oprócz sterylizacji UV.
- Ad 7. tak, zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Z-CA DYREKTORA
ds. Naukowych
Instytutu Genetyki Człowieka PAN
dr hab. Małgorzata Dawidowska, Prof. IGC PAN